

C7 – C40 Doymuş alkan standartı

Safılık : Sertifikalı referans materyal

Paket : 1mL Ampulde

Konsantrasyon: 1000 µg/mL herbir analit hekzan içersinde

Kullanım alanı: Gaz kromatografisine uygun olmalı

Asetonitril

Cas no 75-05-8 olmalıdır.

%99 saflıkta olmalıdır.

2.5 lt lik ambalajda verilmelidir.

Avrupa menşei olmalıdır.

HPLC gardient grade olmalıdır.

Metanol

%99 saflıkta olmalıdır.

HPLC gradient grade olmalıdır.

Cas no 67-56-1 olmalıdır.

2.5 lt lik ambalajlarda verilmelidir.

Avrupa menşei olmalıdır.

Helyum Gazı (Tüp dolumu)

Yüksek saflıkta Helyum Gazı: 50 LT, 230 BAR 9,12 M3, GC saflıkta, %99,999 Saflık Linde sertifikalı.

Kuru Hava (Tüp dolumu)

Yüksek saflıkta Kuru Hava: 50LT, 230 BAR, 10,97 M3, GC saflıkta %99,999 Saflık Linde sertifikalı.



Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZ

30.07.2019